

2025年2月28日

お客様各位

キャノンアネルバ株式会社
コンポーネント事業推進センター
コンポーネント営業部/事業推進部

株式会社大阪真空製ターボ分子ポンプ制御基板生産終了のお知らせ

平素は、弊社製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。

さて、弊社製リークディテクタに搭載しております 株式会社大阪真空製ターボ分子ポンプ制御基板の生産終了についてお知らせいたします。

弊社では、今後とも製品の信頼性向上に努める所存でございますので、変わらぬご愛顧のほどお願い申し上げます。

記

(1)生産終了品と代替品について

	生産終了品	代替品
品名	ターボ分子ポンプ制御基板	制御基板一体型ターボ分子ポンプ
型名	TC62-02	TG51FZZB

(2)対象機種

No.	機種名	現状部番	代替品対応の部番
1	M-212LD	8B1-0011-210	8B1-20K7-000
2	M-212LD 200-230V	8B1-0011-218	8B1-20K8-000
3	M-222LD-D	8B1-0011-204	8B1-20KF-000
4	M-222LD VE MBOM	8B1-0011-247	8B1-20L1-000
5	M-222LD 200V	8B1-0011-244	8B1-20L2-000
6	M-222LD 110-120V	8B1-0011-215	8B1-20LH-000
7	M-222LD 220-240V	8B1-0011-216	8B1-20LJ-000
8	M-232LD	8B1-0011-224	8B1-20LN-000
9	M-232LD 200-230V	8B1-0038-061	8B1-20LZ-000

(3)今後の対応

・出荷品

2025年3月以降の製造品につきましては「制御基板一体型ターボ分子ポンプ」を順次搭載していく予定です。

・既出荷品の修理対応

ターボ分子ポンプ制御基板が故障した場合は「制御基板一体型ターボ分子ポンプ」への交換となります。また本交換にともない、内部配線やソフト等の変更も行います。

※ターボ分子ポンプのみの交換は可能です。

詳細はお近くの営業またはサービス拠点へお問い合わせください。