

Ve2101R2_4972-00149

2023年 11月 24日

お客様各位

キャノンアネルバ株式会社
コンポーネント開発部

ヘリウムリークディテクタ外部校正リーク用カットバルブ変更のお知らせ

平素は、弊社製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。

さて、ヘリウムリークディテクタ用の外部取り付け校正リーク「ASL25V ヘリウム校正リーク (NW25バルブ付き)」に使用しているカットバルブの変更についてお知らせいたします。

弊社では、今後とも製品の信頼性向上に努める所存でございますので、変わらぬご愛顧のほどお願い申し上げます。

記

対象製品

981-9361 ASL25V ヘリウム校正リーク (NW25バルブ付き)

*型名・製品コードの変更はありません。

*カットバルブ変更による外部リーク等性能に差異はありません。

変更の詳細は次ページ参照ください。


変更時期

2023年12月以降出荷分より


詳細はお近くの営業またはサービス拠点へお問い合わせください。

以上

新旧外観図比較



新校正リーク：ASL-25V 外観図



旧校正リーク：ASL-25V 外観図

カットバルブ比較

	新（変更後）	旧（変更前）
型名	B-4P4T2	B-4HK2
品名	プラグバルブ	ベローズバルブ
ハンドル	90°開閉バーハンドル	丸ハンドル

- 外観寸法及びハンドル形状、ハンドル操作が異なります。