


真空計表示器M-603GC 3chコントローラの パラメータ初期値設定実行後の追加設定方法


取扱説明書(FT-651-078)2.6.6.3項のパラメータ初期値設定を実行した後、表示がFAN STOPとなった場合、以下の追加設定を行なって下さい。

対象S/N:TX1583943F~TX1794085F

テストモード



FAN設定



※前の設定画面に戻るには、PROG キーを押して下さい。